

循环干湿盐雾试验箱

设备的用途：用于金属, 非金属材料, 油漆涂料及汽车配件, 电子产品的腐蚀检测。

金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾在、“干”和“湿”条件下的加速试验.

本加速腐蚀试验用于:

- 金属和其合金;
- 金属覆盖层;
- 转化覆盖层;
- 阳极氧化物覆盖层;
- 金属材料上的有机覆盖层;

循环盐雾试验条件:

- 1、普通盐雾功能, 盐雾沉降的速率在 24h 连续喷雾后, 每 80cm² 的水平收集面积上应为 1mL/h~2mL/h;
- 2、温度: 35℃±2℃
- 3、盐溶液: 50g/L±5g/L 氯化钠溶液
- 4、“干”条件(风干) 温度: 60℃±2℃ 相对湿度: <30%RH
- 3、“湿”条件 温度: 50℃±2℃ 相对湿度: >95H
- 4、单循环的时间和具体内容: 总时间 8h 如下: 盐雾 2h “干” 4h “湿” 2h
- 5、须在能规定时间内达到要求的条件:

盐雾到“干” <30min;

“干”到“湿” <15min;

“湿”到盐雾 <30min;

(此处默认为试验一开始就立即达到盐雾条件);

试样摆放角度: 相对于垂直方向成 20°

符合标准:

循环盐雾试验按国家新标准 GB/T20854-2007 ISO14993: 2001

GB/T16545 金属和合金的腐蚀 （GB/T T16545-1996。ISO8407：1991，IDT）

技术参数生产，同时符合盐雾腐蚀试验设备按 GB2423.17-93、GB 12335-90、GB6460-86、GB6458-86、GB/T10125-1997、GB/T1771-91、GB10587-89 等国家标准以及其它相关标准进行设计制造，可进行各种盐雾腐蚀试验。

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

